

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro – Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687. Botucatu Tel. (14) 3811-6138 / (14) 3811-6578 / (14) 3811-6100. E-mail endoscopia@fmb.unesp.br	NR SEDT 007- Pág.: 1 / 5
		Emissão: 31/03/2018
MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT		Revisão: 01
NR SEDT 007 -_NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT		Última Revisão: 05/10/2018

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS

7. NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DA CME DO HC

A prevenção do risco potencial de transmissão de infecções para o paciente possibilita a aplicação correta e mais econômica dos meios de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais, estabelecendo normas e rotinas de acordo com sua caracterização. O CME é responsável pelo reprocessamento destes artigos, o envio do material deve seguir as recomendações estabelecidas pela RDC 15/2012 .

7.1. NORMAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS PROCEDENTES DA CME

1. Todo material procedente das **SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT** deve ser desmontado e pré-lavado com detergente neutro, específico para artigos médicos hospitalares antes de ser encaminhado ao expurgo da CME.
2. Os materiais cirúrgicos sujos devem ser desmontados antes da pré-lavagem com detergente enzimático, e encaminhados ao CME:
 - ✓ Separação da lâmina de bisturi do seu respectivo cabo;
 - ✓ Separação da agulha de sutura do porta-agulhas;
 - ✓ As agulhas e demais materiais descartáveis desprezados no Descarpack;
 - ✓ As tubulações dos ventiladores, bem como os demais materiais de uso ventilatório, canulados, materiais especiais etc. devem ser encaminhadas para reprocessamento, separadas dos instrumentais cirúrgicos, embora possam ser enviadas no mesmo carrinho. Deve ser colocado em sacos plásticos, contendo a lista com a quantidade dos produtos a serem processados e o setor que está enviando este material.

Elaboração: Enf. Amanda dos Santos Cecílio, Sibebe Aparecida Della Coletta, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Turchiari de Melo	Aprovação Responsável Técnico / Gerência de Enfermagem/ Gerência Médica: Dr João Carlos Hueb, Enfª Nilza M. Ravazoli Brito, Dr Raul Lopes Ruiz Junior
Revisão:	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade HC: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Melo, Marcia Cercal Fernandes

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro – Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687. Botucatu Tel. (14) 3811-6138 / (14) 3811-6578 / (14) 3811-6100. E-mail endoscopia@fmb.unesp.br</p>	<p>NR SEDT 007- Pág.: 2 / 5</p>
		<p>Emissão: 31/03/2018</p>
<p>MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT</p>		<p>Revisão: 01</p>
<p>NR SEDT 007 -_NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT</p>		<p>Última Revisão: 05/10/2018</p>

- ✓ Os instrumentais das diferentes especialidades cirúrgicas devem estar separados em suas respectivas caixas e evitando-se misturá-los.
 - ✓ Os materiais inalatórios e respiratórios devem ser encaminhados no período das 07h00 às 09h00.
3. Os materiais a serem pré-lavados devem seguir o POP DE PRÉ LAVAGEM específico fornecido pelo CME, com enxágue final antes de serem enviados.
 4. O encaminhamento desses materiais deve ocorrer tão logo o procedimento seja finalizado, a fim de evitar o ressecamento do material biológico na superfície dos materiais, principalmente em suas reentrâncias e saliências. É importante a colocação do material pesado abaixo dos materiais delicados evitando assim danos e quebras de instrumentais.
 5. O instrumental cirúrgico danificado, não funcionante ou ausente, deve ser identificado pelos enfermeiros responsáveis pelas áreas e informado por escrito a enfermeira do CME para as devidas providências.
 6. Todos os materiais do **SEDT** devem ser encaminhados em caixas fechadas, contendo o *Checklist* dos produtos a serem processados e o nome do setor que está enviando, identificadas como “MATERIAIS CONTAMINADOS” e já submetidos ao processo de pré-lavagem com detergente enzimático conforme POP determinado pela CME.
 7. Os responsáveis pela entrega dos materiais no CME devem aguardar a conferência do material e assinatura pelo funcionário do CME e a entrega do seu comprovante.

7.2. ROTINAS RECEBIMENTO DE MATERIAIS PRÉ-LAVADOS PROCEDENTES DAS SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPEUTICA - SEDT.

7.2.1. Equipe de enfermagem do SEDT

1. Paramentar – se com EPIs;
2. Reunir os instrumentais sujos;

<p>Elaboração: Enf. Amanda dos Santos Cecílio, Sibebe Aparecida Della Coletta, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Turchiari de Melo</p>	<p>Aprovação Responsável Técnico / Gerência de Enfermagem/ Gerência Médica: Dr João Carlos Hueb, Enfª Nilza M. Ravazoli Brito, Dr Raul Lopes Ruiz Junior</p>
<p>Revisão:</p>	<p>Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade HC: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Melo, Marcia Cercal Fernandes</p>

	<p align="center"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro – Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687. Botucatu Tel. (14) 3811-6138 / (14) 3811-6578 / (14) 3811-6100. E-mail endoscopia@fmb.unesp.br </p>	<p align="center">NR SEDT 007- Pág.: 3 / 5</p>
		<p align="center">Emissão: 31/03/2018</p>
<p align="center">MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT</p>		<p align="center">Revisão: 01</p>
<p align="center">NR SEDT 007 -_NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT</p>		<p align="center">Última Revisão: 05/10/2018</p>

3. Acondicionar os materiais inalatórios e tubulação em sacos plástico com identificação do material;
4. Separar os inox dos instrumentais;
5. Realizar a limpeza dos inox com detergente enzimático;
6. Acondicionar os inox em caixas ou saco plástico com identificação do material;
7. Conferir a integridade e se há ausência de instrumentais;
8. Realizar a pré-lavagem com detergente enzimático;
9. Enxaguar com água abundante os instrumentais;
10. Encaminhar todo o material para CME em **CAIXAS** fechadas e identificadas como material contaminado;
11. Retirar luvas;
12. Lavar as mãos;

7.3.2. Equipe de Enfermagem do Expurgo CME

1. Paramentar – se com EPIs
2. Receber os materiais a serem reprocessados conforme POPs específicos de cada área;
3. Retirar dos containeres, os instrumentais e dos sacos plásticos os materiais inalatórios;
4. Conferir o material recebido;
5. Anotar no Ckecklist a falta do material;
6. Avisar a enfermeira responsável do CME da ocorrência de instrumental danificado, não funcionando ou ausente;
7. Coloca o instrumental em cestos aramados e em sua respectiva pia;
8. Segue as atividades de reprocessamento especificadas nos respectivos POPs.


<p>Elaboração: Enf. Amanda dos Santos Cecílio, Sibele Aparecida Della Coletta, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Turchiari de Melo</p>	<p>Aprovação Responsável Técnico / Gerência de Enfermagem/ Gerência Médica: Dr João Carlos Hueb, Enfª Nilza M. Ravazoli Brito, Dr Raul Lopes Ruiz Junior</p>
<p>Revisão:</p>	<p>Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade HC: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Melo, Marcia Cercal Fernandes</p>

	<p align="center"> HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro – Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687. Botucatu Tel. (14) 3811-6138 / (14) 3811-6578 / (14) 3811-6100. E-mail endoscopia@fmb.unesp.br </p>	<p align="center">NR SEDT 007- Pág.: 4 / 5</p>
		<p align="center">Emissão: 31/03/2018</p>
<p align="center">MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT</p>		<p align="center">Revisão: 01</p>
<p align="center">NR SEDT 007 -_NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT</p>		<p align="center">Última Revisão: 05/10/2018</p>

7.4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. HENDRICKS, H. **Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas.** Apostila . São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.
2. FELIPPE, M.J.D.B.; COLNAGO, M.B.P.; DOTTO, R. et RUIZ P. **Manual de Normas e Rotinas de Unidades de Internação.** Hospital Estadual Bauru, R03. Fev, 2006.
3. SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas recomendadas.** 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

<p>Elaboração: Enf. Amanda dos Santos Cecílio, Sibebe Aparecida Della Coletta, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Turchiari de Melo</p>	<p>Aprovação Responsável Técnico / Gerência de Enfermagem/ Gerência Médica: Dr João Carlos Hueb, Enfª Nilza M. Ravazoli Brito, Dr Raul Lopes Ruiz Junior</p>
<p>Revisão:</p>	<p>Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade HC: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Melo, Marcia Cercal Fernandes</p>

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro – Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687. Botucatu Tel. (14) 3811-6138 / (14) 3811-6578 / (14) 3811-6100. E-mail endoscopia@fmb.unesp.br	NR SEDT 007- Pág.: 5 / 5
		Emissão: 31/03/2018
MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT		Revisão: 01
NR SEDT 007 -_NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT		Última Revisão: 05/10/2018

7.5. TERMO DE COMPROMISSO

NR SEDT 007 – NORMAS E ROTINAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS DE USO VENTILATÓRIO DO CME NO SEDT		
CHEFIA DE GABINETE E DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
Prof. Dr. José Carlos S. Trindade Filho	Chefe de Gabinete do HCFMB	
Prof. ^a Adj. Érika Veruska Paiva Ortolan	Diretora Técnica do DAS	
Prof. ^a Associada Lenice do Rosário de Souza	Gerente Médico do HCFMB	
Adriana de Fátima Souza Gonçalves	Coordenador Administrativo do NPDT	
Mariele Gobo Oliveira	Gerente de Enfermagem GNI	
Nilza M. Ravazoli Brito	Gerente de Enfermagem do NPDT	
NÚCLEO CIRÚRGICO: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
Priscila Eburneo	Supervisor Técnico de Enfermagem do CME	
Darlene Bravin Cerqueira	Gerente de Enfermagem do Núcleo Cirúrgico	
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA – SEDT		
Nilza M. Ravazoli Brito	Gerente de Enfermagem do NPDT	
Tatiane Santa Rosa Diniz	Supervisor Técnico de Enfermagem SEDT	
Dr. Cássio Vieira de Oliveira	Responsável pela Equipe Médica do SEDT	
Fernanda Cristina Basques	Enfermeira	
Karina C. Torres	Oficial Administrativo do SEDT	
ASSESSORIA NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE		
Prof. Dr. Maria Justina D. B. Felipe	Diretor do Núcleo de Gestão da Qualidade	
Maria Zoe Turchiari Melo	Enfermeiro do Núcleo de Gestão da Qualidade	

Elaboração: Enf. Amanda dos Santos Cecílio, Sibebe Aparecida Della Coletta, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Turchiari de Melo	Aprovação Responsável Técnico / Gerência de Enfermagem/ Gerência Médica: Dr João Carlos Hueb, Enf ^a Nilza M. Ravazoli Brito, Dr Raul Lopes Ruiz Junior
Revisão:	Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade HC: Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Maria Zoe Melo, Marcia Cercal Fernandes