



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO 010 RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO
APARELHO HISTOTÉCNICO



POP NAPAT HISTO 010 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 21/05/2012 REVISÃO Nº 03 : 26/05/2021

1. OBJETIVO:

Receber, acondicionar as amostras histológicas e processá-las adequadamente.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe Técnica do Laboratório de Histologia e Colaboradores.

3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Respirador descartável com carvão ativado (PFF2), avental descartável, luvas de procedimento e óculos de segurança.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: Parafina; formol; Etanol Absoluto e xilol.

3.3. Equipamentos: Processador Histológico.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1 . Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2 . Vestir avental, respirador PFF2 com filtro de carvão ativado , óculos de proteção e as luvas;

4.3 . Receber as amostras provenientes do Laboratório de Macroscopia acondicionadas em cassete histológicos, e armazenadas em recipientes com formol tamponado;

4.4 . Acondicionar as amostras nos cestos do equipamento (processador Histológico);

4.5 . Acondicionar as amostras, de maneira que fiquem submersas nos produtos químicos os quais passará;

4.6 . Ligar o Processador Histológico;

4.7 . Programar o tempo de passagem em álcool, xilol e parafina, com tempo mínimo de 1 hora cada;

4.8 . Observar que a temperatura deve ser controlada pela própria caneca de parafina;

4.9 . Monitorar a temperatura, que deverá manter-se constante;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO **010** RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO
APARELHO HISTOTÉCNICO



POP NAPAT HISTO **010** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **21/05/2012** REVISÃO N° **03** :**26/05/2021**

4.10 . Retirar as luvas e avental, descartar em lixo branco;

4.11 . Retirar os óculos de segurança, respirador descartável PFF2 dotado de camada de carvão ativado, sem válvula e avental descartável;

4.12 . Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.13 . Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.14 . Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

5. CONTINGÊNCIAS:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O formol tamponado deve ser desprezado adequadamente, segundo instruções para descarte de resíduo químico.

6.2. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70° ou quaternário de amônia. Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.3. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Eduvaldo Tomé Franco, José Carlos Pedroso de Lima e Marcos Roberto Franchi.

7.2. Revisores – Marcos Roberto Franchi.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO **010** RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO
APARELHO HISTOTÉCNICO



POP NAPAT HISTO **010** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **21/05/2012** REVISÃO Nº **03** : **26/05/2021**

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Michalany, J. Técnicas Histológicas em Anatomia Patológica com instruções para o cirurgião, enfermeira e citotécnico. Editora Michalany, 3ª Edição, 1998.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO 010 RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO APARELHO HISTOTÉCNICO



POP NAPAT HISTO 010 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 21/05/2012 REVISÃO Nº 03 :26/05/2021

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hc@fmb.unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP NAPAT HISTO 010 – RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO APARELHO HISTOTÉCNICO		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT		
1.3. Data da Elaboração: 21/05/2012. Total de páginas: 03 Data da Revisão: 26/05/2021 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
José Carlos Pedroso de Lima.	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Eduvaldo Tomé Franco	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Marcos Roberto Franchi.	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT HISTO 010 – RECEBIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS NO APARELHO HISTOTÉCNICO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 11/03/2022	Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais Assinatura:	

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais e Adriana de Fátima Souza Gonçalves